



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΦΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη 21/11/2019
Αρ. πρωτ. 24674

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966968

Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Διευκρίνιση επί διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων συνεχούς μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού προσαγωγής της διώρυγας Αλιάκμονα.

Σχετικά με το διαγωνισμό του θέματος και μετά από έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης διευκρινίζεται ότι:

1. Στα τεχνικά χαρακτηριστικά του αισθητηρίου pH στον πίνακα 1 η θερμοκρασία λειτουργίας θα είναι **από 0 - 45° C και όχι έως 60° C**, όπως εσφαλμένα αναγράφεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
2. Στα τεχνικά χαρακτηριστικά των αισθητηρίων μέτρησης αγωγιμότητας και διαλυμένου οξυγόνου, το απαιτούμενο μήκος του καλωδίου για τη σύνδεση με τη μονάδα ελέγχου θα είναι τουλάχιστον 25 μέτρα, όπως αναγράφεται στους πίνακες 3 και 4.

Ο Διευθυντής Οικονομικών

Δημήτρης Αλεξανδρής

