



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη 6/9/2022
Αρ. πρωτ. 11602

Δ/ση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ.
& Αποθηκών
Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος
Τηλ. 2310 966972
Fax 2310 969430
E-mail promithies@eyath.gr

Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον Διαγωνισμό για την προμήθεια ολοκληρωμένου Συστήματος Real Time PCR στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης

Σχετ.: Το υπ' αρ. πρωτ. ΕΥΑΘ ΑΕ 11547/5-9-2022 αίτημα διευκρινίσεων ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα

Σχετικά με το διαγωνισμό του θέματος και σε συνέχεια διευκρινιστικού ερωτήματος ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα, το οποίο δόθηκε μέσω της επικοινωνίας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η Διεύθυνση Εγκαταστάσεων Ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ, παραθέτει τα εξής:

1. Ερώτηση:

«.....για την προσήκουσα υποβολή της προσφοράς μας και λόγω ασάφειας στους όρους της διακήρυξης, θα σας παρακαλούσαμε ιδιαίτερος όπως μας επιβεβαιώσετε ότι τα έτη εργοστασιακής εγγύησης καλής λειτουργίας για το είδος α) Σύστημα Real time PCR είναι δύο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ. β.2 της διακήρυξης.....»

Απάντηση:

Στα πλαίσια της πρόσκλησης με Α.Π. 11072/25.8.2022 για την «Προμήθεια ολοκληρωμένου Συστήματος Real Time PCR στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης» και του αιτήματος παροχής διευκρινίσεων έχουμε να αναφέρουμε **ότι ισχύει** όπως αναφέρεται ειδικότερα στο:

«Άρθρο 6: Περιεχόμενου φακέλου Τεχνικής Προσφοράς, β) Εγγυήσεις – Πιστοποιητικά,

2. Έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται η εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας, η διάρκειά της (τουλάχιστον δύο έτη για κάθε είδος και 5 έτη για τον καταψύκτη) και τι καλύπτει» και όχι όπως αναφέρεται εκ παραδρομής στο « Άρθρο 4: Τεχνική περιγραφή α) Σύστημα Real time PCR με τα εξής χαρακτηριστικά: ...Να διαθέτει πέντε έτη εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας».

Εσωτερική διανομή:

1. Χρονολογικό αρχείο
2. Δ/νση Οικονομικών

**Ο Διευθυντής Οικονομικών
α/α**

Μαργαρίτα Μπαζιώτα